

询价单				
询价单位：国家同步辐射实验室			技术咨询：王老师 18611056366	
报价单原件送达截止时间：2023.12.11			商务咨询：陈老师 0551-63602054 丁老师 0551-63602055	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682				
序号	名称	位置编号	技术要求	数量
1	束斑检测真空室及移动机构	INBD-PRF02	1、所有零部件及焊缝位置要求相对磁导率 μ 小于 1.02。 2、极限真空度小于 $5E-7$ Pa；罩检总漏率小于 $5E-11$ mbar•L/s；真空烘烤 200℃/48h，残余气体无油污染迹象。 3、运动行程 84mm，要求定位精度小于 0.05mm，重复定位精度小于 0.035mm。 4、两靶中心运行至束流中心重合时，分别记录与电/极限限位距离，精确到 0.01mm。 5、以工程总图要求坐标系，精确测量 4 个靶标球的三坐标位置，精确到 0.01mm。 6、严格按图纸标注的尺寸和公差加工、检验，重要尺寸、公差如真空盒内径、长度，法兰平面度、垂直度和同轴度等需出具检验报告。	13 套
2	束斑检测真空室及移动机构	INBD-PRF13		1 套
3	束斑检测真空室及移动机构	INBD-PRF14		1 套
4	能谱系统真空室及移动机构	INBD-ENY		1 套
名称：束斑检测和能谱系统真空室及移动机构 其它关于束斑检测和能谱系统真空室及移动机构采购的生产要求： 1、询价厂家和技术负责人具有超高真空束测设备的加工制造、运动控制等经验。 2、厂家在 30 日内完成技术和工艺方案，协商解决必要的改动，并签字认可。 3、生产周期内，厂家定期需与项目组沟通工作进展和技术问题，提供进展照片和检测数据。 4、生产周期为 12 个月，加工完成后，厂家需完成全部技术参数、关键尺寸和公差的检测，提供照片、测试报告和数据文件，项目组认可后组织出厂验收。 5、厂家需提供出厂验收记录文件 2 份，包括检测记录、照片、报告、合格证等原件。 6、验收合格后，厂家负责送至项目组指定地点，配合完成现场复测、安装和调试等工作。				

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 **2** 份、公司营业执照复印件 **1** 份，代理产品需提供相关产品授权书，技术指标供及商务要求响应表（见附件），相关业绩证明（若有）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

