

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人： 王老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.9.2

wxy666@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368

采购名称：延迟线位置敏感探测器系统

采购预算：921600 元

规格和技术参数：

1. 探测器有效工作区直径 90 mm，具有时间和位置灵敏，以及多粒子快速响应功能；
2. 计数率 1 Hz ~ 1 MHz；
3. 包含 MCP：直径 100 mm，有效直径 95 mm，时间分辨<500 ps，位置分辨<25 μm；
4. 包含 DLA：尺寸 150 mm × 150 mm，有效区域 100 mm × 100 mm，位置分辨<0.5mm；
5. 包含 MCP 和 DLA 装配支架：尺寸φ180 mm × 50 mm；
6. 包含装配法兰 CF200：11 芯 3kV 高压穿透针，3kV 高压电容耦合输出信号；
7. 包含调节结构：法兰内面与 MCP 输入面的距离 100-200 mm 可调；
8. 数量 2 套。
9. 另配置共计 6 片微通道板（MCP）。

交货期：3 个月。

交付进度：供货方于合同生效之日起 3 个月内将货物送达至采购方指定地点。

付款方式：合同签订后支付合同总价的 20%，设备到货并调试验收合格后，再支付合同总价的 80%。

验收指标及验收要求：（1）出厂测试报告：MCP 有效直径不小于 95 mm、时间分辨<500 ps、位置分辨<25 μm；DLA 有效区域 100 mm × 100 mm，位置分辨<0.5 mm。（2）现场验收：探测器有效工作区直径 90 mm，计数率 1 Hz ~ 1 MHz；

保修及售后服务：2 年。

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格。**如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、**报价单上需列明交货期和质保期。**

三、**报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。**

四、**提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，**代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标及商务要求响应表（见附件）。

五、**国内设备采购请开增值税专用发票。**

六、**进口产品要求：**1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同，如国内公司进行报价，需提供由律师签字的外贸合同签订授权函以及律师资格证复印件。

2、**提供进口产品免税报价。**

3、**报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。（合肥机场到项目现场的运输保险供应商承担）。**

4、**如包含服务，需列明服务项目及时间期限。**

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025 年 8 月 27 日