



询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：宋老师 13075556801

报价单原件送达截止时间：2023.12.13

商务咨询：陈老师 0551-63602054

丁老师 0551-63602055

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	技术要求	数量
1	电容分压器	测量电压：600kV（最大脉冲电压）； 分压比：1：10000±5%； 输出接口：BNC； 顶降：<0.02%/us（1 MOhm 测量电缆） 分压器尺寸：高度≤35 cm；底座≤25cm*25cm； 可放置于变压器油内。	20 件
2	脉冲电流环	变比：0.1 V/A 量程：5000 A（峰值），50A（RMS） 顶降：<1.0%/ms 输出阻抗：50 Ω 上升时间：≤20 ns 电流时间乘积：0.2 A/s(最大) 测量频率范围（3dB 处）：1 Hz-20 MHz； I/F 指数：0.6 A/Hz（峰值） 输出接口：BNC 工作温度：0 至 65℃ 电流环内径≥1.2 cm；	20 件

名称：高压分压器和电流传感器

交货期：合同签订后 6 个月内

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 **2** 份、公司营业执照复印件 **1** 份，代理产品需提供相关产品授权书，技术指标供及商务要求响应表（见附件），相关业绩证明（若有）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：**1**、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。

2、提供外币报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2023.12.07