

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.7.15

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	设备名称	详细配置清单	数量
1	数字束流位置处理器	1. 采样通道数：4； 2. ADC 性能：最大采样率大于等于 1GHz，垂直分辨率大于等于 14 位，模拟带宽大于等于 2GHz； 3. 支持外部时钟作为参考时钟，支持外部信号作为采集触发信号； 4. 集成 EPICS IOC 软件，运行 linux 系统，可以计算束流的横向位置； 5. 包含串口、网口等多种外部控制接口； 6. 机箱高度 1U，ADC，时钟，触发等模拟接口位于机箱后面板，网口等控制接口位于机箱前面板。	8 套

交货期：合同签订后 20 周内

交付进度：一次性交付

付款方式：甲方预付合同金额的 20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同尾款

验收指标及验收要求：厂家提供出厂合格证明或测试报告

保修及售后服务：

自验收日起质保 3 年，质保期内若发生质量问题，乙方应自接到甲方异议之日起 3 个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担。乙方需提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025.7.9