

## 询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人： 王老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.11.25

wxy666@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368

**采购名称：分子泵**

**采购预算：500000 元**

**数量：3 台**

**规格和技术参数：**

1. 磁悬浮结构；
2. ISO-F 250 橡胶圈密封；
3. 抽速 $\geq 18001/s$  ( $N_2$ )；
4. 极限压强 $\leq 5E-7Pa$ ；
5. 压缩比 $> 5E8Pa$ ；
6. 泵体水平放置；

**交货期：**预付款后 3 个月内。

**交付进度：**一次性交付

**付款方式：**合同签订后 90%电汇预付款，设备到货并调试验收合格后，再电汇合同总额的 10%。

**验收指标及验收要求：**

所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下：

1. 对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接受，并由供应商负责免费更换；
2. 设备到货后，供应商需要到现场进行验收，到货验收需供应商完整的产品质量证明文件，产品数量及型号相符，视为验收合格；
3. 供应商提交的技术文档应包括且不限于技术规格说明书、操作手册等资料。

**保修及售后服务：**

1. 设备供应商提供分子泵的安装调试服务，供应商需在到货后 30 个工作日内派人到指定现场进行指导安装；
2. 提供至少 1 年的免费保修，保修期自验收签字之日算起；
3. 保修期间产品出现问题时，供应商需 12 小时内做出响应，48 小时内前往现场进行故障排查。

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格**。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、**报价单上需列明交货期和质保期**。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、**提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 2 份**，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学  
国家同步辐射实验室  
2025 年 11 月 19 日