

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.7.1

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：真空规管及真空计
规格和技术参数：

1、真空规管主要技术指标：

测量范围	$1.0 \times 10^{-10} \sim 5.0 \times 10^{-3}$ mbar
接口	DN40 CF
烘烤极限温度（不接控制器和电缆）	250 °C
抗辐射需求	10^7 Gy
需求数量	12 套

2、真空计主要技术指标：

通讯需求	有 RS485/RS232 接口及完整的远控通讯协议，继电器联锁输出
功能需求	真空计压强可测范围与规管匹配；压强显示单位，Torr、mbar、Pa；应具有 0~10V 模拟信号输出
规管与真空计的配套需求	真空计为规管配套设备，套数与规管数量相匹配，一套控制器最多同时控制 2 路规管。如控制一套规管，真空计数量为 12 套；如控制两套规管，真空度需同屏显示，数量为 6 套。

3、线缆主要技术指标：高压线缆总长 800 米，共计 12 根，线缆单根长度以现场铺设为准，线缆两端均需配有接头，乙方于甲方现场配做。

交货期：预付款后 5 个月内

交付进度：一次性交付

付款方式：30%电汇预付款，60%货款见发货单据电汇支付，10%货款凭卖方提供的最终用户签署的验收合格报告电汇支付。

验收指标及验收要求：

所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下：

- (1) 对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接收，并由供应商负责免费更换。
- (2) 设备到货后，供应商需要到现场进行验收，到货验收需供应商完整的产品质量证明文件，产品数量及型号相符；
- (3) 供应商按合同要求完成后续线缆制作，确保真空规、计运行正常；
- (4) 供应商应提交的技术文档应包括且不仅限于技术规格说明书、操作手册等资料。

保修及售后服务：

- (1) 提供至少 1 年的免费保修，保修期自验收签字之日算起。保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间从保修期中扣除。
- (2) 保修期间产品出现问题时，供应商需 24 小时内做出响应，常规问题在 48 小时内解决；较大问题应在 72 小时内解决或提出明确的解决方案，经采购人认可后，在预定期限内解决问题。否则，应赔偿由此造成的损失。
- (3) 供应商提供技术支持，以及所需零部件的供应及产品的后续升级服务。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同，如国内公司进行报价，需提供由律师签字的外贸合同签订授权函以及律师资格证复印件。

2、提供进口产品免税报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格（合肥机场到项目现场的运输保险由供应商承担）。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025.06.25