

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：谢老师 17805657128

报价单原件送达截止时间：2024.1.18

商务咨询：陈老师 0551-63602054

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
|----|--------|--|----|
| 1 | 光栅基底 | 基底尺寸：100（±0.5 mm）× 30（±0.5 mm）× 30（±0.5 mm）mm ³ 有效面积：90 × 25 mm ² ， 子午半径：> 30 km； 弧矢半径：>10 km； 表面粗糙度（RMS）：≤0.5 nm； 斜率误差（tan/sag）：<0.5/3 μrad； | 4 |
| | 曝光用球面镜 | 外径>φ200mm， 球面半径（凹球面）：3980mm（±1%）； 斜率误差：<0.5urad； | 1 |

注意：后期加工工序中光栅基底出现问题时，返工时间不得超过两周。

交货期：合同签订后两个月。

备注：一、报价单列明总价和各项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 1 份，代理产品需提供相关产品授权书，技术指标供及商务要求响应表（见附件），相关业绩证明（若有）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。

2、提供外币报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.1.12