

# 询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：王老师 13739241223

报价单原件送达截止时间：2024.1.23

商务咨询：陈老师 0551-63602054  
丁老师 0551-63602055

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	技术要求	备注	数量
1	一级网点 顶端结构 及投点结 构	一级准直网点顶端结构 (装配图)	包括两种延伸靶（固定、万向）	7 套
		一级准直网点顶端结构-顶板 (零件图)	按图纸标注材料和公差要求加工	
		一级准直网顶端结构-中心墩 (零件图)	按图纸标注材料和公差要求加工	
		一级准直网顶端结构-万向延伸靶标座 (零件图)	按图纸标注材料和公差要求加工	
		一级准直网顶端结构-固定延伸靶标座 (零件图)	按图纸标注材料和公差要求加工	
		一级准直网-投点机构 (装配图)		
		一级准直网-投点机构-仪器安装盘 (零件图)		

本次采购的一级网点顶端结构及投点结构，共七套，图纸上传为一套的信息，具体如上表所示

供货周期：合同签订后 4 个月内

## 备注：

1. 与顶端结构配合的预埋螺柱由乙方提供，每个顶端结构配 12 根，单根长度不超过 1 米，材料不低于普通 304 不锈钢，具体尺寸及规格根据实际要求选配；乙方应提供配合投点结构相同尺寸规格的地脚膨胀螺栓不少于 50 根；乙方应提供配合装配的各种规格螺栓螺母垫片等不少于 200 套；

2. 图纸关键公差如长度、平面度、垂直度和同轴度等，需要采用三坐标测量机进行测量，对于图纸上标注的工件粗糙度，需要用具有产品合格证或标定证书的粗糙度测量仪来检测，并将上述结果写入出厂验收报告；

付款要求：乙方在中标后需要先加工一套样件，通过测试后甲方支付第一笔预付款，若未通过测试则合同解除。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。  
二、报价单上需列明交货期和质保期。  
三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。  
四、提供报价单盖章原件 **2** 份、公司营业执照复印件 **1** 份，代理产品需提供相关产品授权书，技术指标供及商务要求响应表（见附件），相关业绩证明（若有）。  
五、国内设备采购请开增值税专用发票。



中国科学技术大学  
国家同步辐射实验室

2024.1.17  
国家同步辐射实验室