

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：黄老师 13925801939

报价单原件送达截止时间：2022.12.05

商务咨询：陈老师 0551-63602054

丁老师 0551-63602055

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	设备名称	技术参数	数量
1	残余气体分析四极质谱仪	(1) 质量数范围：1~100 (2) 浓度的测量极限：<10ppm (3) 最小可检分压强优于：1×10 ⁻¹³ mbar	2 套

设备名称：残余气体分析四极质谱仪

数量：2 套

具体的参数和规格如上。

注：在满足主要技术要求的情况下，厂家必须提供能够到货的确切时间。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 1 份，代理产品需提供相关产品授权书，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：1、进口设备必须要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。

2、提供外币报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

