

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2024.10.12

chenwenjia@ustc.edu.cn

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称		技术要求	数量
1	传输弯段	四极铁	有效长度 ≤ 120 mm，磁极间隙 56 mm，最大磁场梯度达到 11 T/m；其中两台四极铁配套绑腿校正线圈，强度不小于 1 mrad@60 MeV；配套两个支撑平台。	4 台
2		真空室	真空室内径为 45 mm；配套波纹管与支撑。	总长约 5.3 m 的一批真空室

交货期：合同签订后三个月内设备到货验收。

交付进度：按照交货的约定日期，一次性交付所有元件设备。

付款方式：

签订合同后，支付合同总额的 20%；

设备到货验并完成在线安装后，支付合同总额的 80%。

验收指标及验收要求：

严格按照上述规格与技术参数要求，对每个参数进行测试验收。

阶段性检查要求：

1. 在工艺设计环节，检查选定的磁铁与真空室规格参数是否合理，检查是否与当前合肥红外 FEL 装置的真空等元件存在空间干涉，检查预期磁场品质是否满足技术要求，相应的线圈与磁铁温升是否满足要求。

2. 在加工制造环节，需提供相应的三维设计图纸，提供纸质与电子的竣工总图、零部件的加工图和目录，并根据要求制作设备铭牌。

3. 在测试验收环节，按照指标要求对每个相应参数进行测试验收。

保修及售后服务：

保修期至少 8 个月，起始时间以该设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后 24 小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 **2** 份、公司营业执照复印件 **2** 份，代理产品需提供相关产品授权书 **2** 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.10.8