



询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：吴老师 0551- 63602060

报价单原件送达截止时间：2024.05.17

商务咨询：陈老师 0551-63602054

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	技术要求	数量
1	多级罗茨泵	1. 最大抽速不低于 500L/min; 2. 极限真空优于 0.03 mbar; 3. 有气镇结构; 4. 运行噪声低于 60dB; 5. 配国标电源接口, 含电源线。	1
2	多级罗茨泵	1. 最大抽速不低于 1500L/min; 2. 极限真空优于 0.03 mbar; 3. 有气镇结构; 4. 运行噪声低于 60dB; 5. 配国标电源接口, 含电源线。	1
3	多级罗茨泵	1. 最大抽速不低于 200L/min; 2. 极限真空 0.05 mbar; 3. 运行噪声低于 65dB; 4. 配国标电源接口, 含电源线。	1
4	多级罗茨泵	1. 最大抽速不低于 400L/min; 2. 极限真空 0.04 mbar; 3. 运行噪声低于 65dB; 4. 配国标电源接口, 含电源线。	1
5	多级罗兹泵	1. 最大抽速不低于 1000L/min; 2. 极限真空优于 0.03 mbar; 3. 有气镇结构; 4. 运行噪声低于 60dB; 5. 配国标电源接口, 含电源线。	2
6	多级罗茨泵	1. 最大抽速不低于 1000L/min; 2. 极限真空优于 0.03 mbar; 3. 有气镇结构; 4. 运行噪声低于 60dB; 5. 配国标电源接口, 含电源线。	1

7	多级罗茨泵	1. 最大抽速不低于 1500L/min; 2. 极限真空优于 0.03 mbar; 3. 有气镇结构; 4. 运行噪声低于 60dB; 5. 配国标电源接口, 含电源线。	1
备注: 一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因, 否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单(一次性最优惠报价)密封邮寄, 评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件2份、营业执照复印件2份, 代理产品需提供相关产品授权书2份, 技术指标供及商务要求响应表(见附件)。 五、进口产品要求: 1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。 2、提供外币报价。 3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。 4、如包含服务, 需列明服务项目及时间期限。			

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.5.13