

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2024.10.17

chenwenjia@ustc.edu.cn

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	技术要求	数量
1	可移动式分子泵 机组	1. 分子泵对氮气的抽速不低于 300L/s，冷却方式为风冷； 2. 分子泵极限真空优于 5E-9mbar； 3. 多级罗茨泵对氮气的抽速不低于 30m ³ /h，极限真空优于 1Pa； 4. 配规管及显示设备，规管量程从常压到 5E-9mbar。 5. 手推车外形，整体交付，不接受现场组装模式交货。	1 台
交货期：签订合同之日起 12 个月内 付款方式：合同签订后 20 个工作日预付合同总额的 60%，收到设备验收合格后 20 个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求：检测干泵抽速不低于 30m³/h，检测分子泵抽速不低于 300L/s 检测极限真空读数从常压到 5E-9mbar 保修期：至少 1 年 备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。 五、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。 2、提供外币报价。 3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。 4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。			

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.10.12