

中国科学技术大学 询价单	
询价单位：国家同步辐射实验室	联系人：王老师 0551-63602054
报价单原件送达截止时间：2026.9.9	wxy666@ustc.edu.cn
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路42号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368	
采购名称：真空泵与规管 预算：300000 元 规格和技术参数： 本次采购真空泵与规管用于合肥光源多功能线站 05U-A2 上研制极紫外全息光刻实验站的高真空系统部件，其功能是维持实验站的高真空状态。本次拟采购的设备具体为： 1、真空规管，数量 2 个：DN40CF，测量范围：大气压到 1E-7Pa，规管内部密封材料：全金属密封，无橡胶材料； 2、干泵，数量 1 台：抽速优于 35m³/h，进气口法兰：DN40KF，极限压强优于 4.5Pa； 3、分子泵，数量 2 套，五轴均为磁悬浮轴承，进气口法兰为 DN100CF，分子泵对氮气抽速不低于 250L/s，极限真空优于 5E-10mbar，对氢压缩比≥4×10⁵，排气口连续耐压不低于 1900Pa，含控制器，3m 连接线、配套冷却设备和过滤网。 4、多级罗茨泵、分子泵和规管要求为同一品牌。 交货期：合同签订后 9 个月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过 90%，尾款待验收合格之后支付。 验收指标及验收要求：测试泵的抽速、极限真空。 保修及售后服务：验收合格后一年时间提供免费质保；如设备有问题，48 小时到达现场响应。 备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。标准件需要注明品牌型号，非标加工件需要注明生产厂商。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表 2 份（见附件）。 五、国内设备采购请开增值税专用发票。 六、进口产品要求： 1.进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同，如国内公司进行报价，需提供由律师签字的外贸合同签订授权函以及律师资格证复印件。 2.提供进口产品免税报价。 3.报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格（合肥机场到项目现场的运输保险由供应商承担）。 4.如包含服务，需列明服务项目及时间期限。	

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2026 年 9 月 3 日