

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：杜老师 15105606662

报价单原件送达截止时间：2024.5.10

商务咨询：陈老师 0551-63602054

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	技术要求	数量
1	固态放大器	1. 工作频率：2856 MHz 。 2. 最大输出脉宽： $\geq 6 \mu s$ 。 3. 饱和状态输入功率： $\leq 7 \text{ dBm}$ 。 4. 饱和状态输出功率： $\geq 2 \text{ kW}$ 。 5. 输出幅度抖动(RMS, 2 h)： $\leq 0.04\%$ 。 6. 输出相位抖动(RMS, 2 h)： $\leq 0.03^\circ$ 。 7. 输入功率口：N-F 座 。 8. 输出功率口：N-F 座 。	2 台

交货期：合同签订后 6 个月。

交付进度：6 个月内一次性交付。

付款方式：合同签订后支付 70%；收到货并验收合格后支付 30% 。

验收指标及验收要求：

- 最大输出功率： $\geq 2 \text{ kW}$ 。
- 输出幅度抖动（RMS, 2 h）： $\leq 0.04\%$ 。
- 输出相位抖动（RMS, 2 h）： $\leq 0.03^\circ$ 。

保修及售后服务：2 年质保及免费维修。出现故障时，6 小时内响应，48 小时内解决故障。

其它：供应商需提供 2 年内供给粒子加速器装置的 S 波段（2.6 GHz~3.0 GHz）固态放大器业绩证明。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.5.6