

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：洪老师 13956066988

报价单原件送达截止时间：2023.12.11

商务咨询：陈老师 0551-63602054

丁老师 0551-63602055

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	技术要求	数量
1	氦质谱检漏仪	1. 可检测气体：氦气； 2. 氦气最小可检测漏率（真空检漏）： 5×10^{-12} mbar*L/s； 3. 检漏仪对氦抽速： ≥ 1.8 L/s； 4. 前级真空泵抽速： ≥ 25 m ³ /h； 5. 接口法兰：DN25KF/DN40KF； 6. 电源电压：220V，50Hz。	2 台

交货期：签定合同后 6 个月内交付。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 1 份，代理产品需提供相关产品授权书，技术指标供及商务要求响应表（见附件），相关业绩证明（如有）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。

2、提供外币报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

