

|                                                   |       |                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <div><div><div>询价单</div></div></div>              |       |                                                                                                   |    |
| 询价单位：国家同步辐射实验室                                    |       | 技术咨询：吴老师 0551- 63602060                                                                           |    |
| 报价单原件送达截止时间：2024.6.14                             |       | 商务咨询：陈老师 0551-63602054                                                                            |    |
| 收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682 |       |                                                                                                   |    |
| 序号                                                | 名称    | 技术要求                                                                                              | 数量 |
| 1                                                 | 多级罗茨泵 | 1. 最大抽速不低于 500L/min;<br>2. 极限真空优于 0.03 mbar;<br>3. 有气镇结构;<br>4. 运行噪声低于 60dB;<br>5. 配国标电源接口，含电源线。  | 1  |
| 2                                                 | 多级罗茨泵 | 1. 最大抽速不低于 1500L/min;<br>2. 极限真空优于 0.03 mbar;<br>3. 有气镇结构;<br>4. 运行噪声低于 60dB;<br>5. 配国标电源接口，含电源线。 | 1  |
| 3                                                 | 多级罗茨泵 | 1. 最大抽速不低于 200L/min;<br>2. 极限真空 0.05 mbar;<br>3. 运行噪声低于 65dB;<br>4. 配国标电源接口，含电源线。                 | 1  |
| 4                                                 | 多级罗茨泵 | 1. 最大抽速不低于 400L/min;<br>2. 极限真空 0.04 mbar;<br>3. 运行噪声低于 65dB;<br>4. 配国标电源接口，含电源线。                 | 1  |
| 5                                                 | 多级罗兹泵 | 1. 最大抽速不低于 1000L/min;<br>2. 极限真空优于 0.03 mbar;<br>3. 有气镇结构;<br>4. 运行噪声低于 60dB;<br>5. 配国标电源接口，含电源线。 | 2  |
| 6                                                 | 多级罗茨泵 | 1. 最大抽速不低于 1000L/min;<br>2. 极限真空优于 0.03 mbar;<br>3. 有气镇结构;<br>4. 运行噪声低于 60dB;<br>5. 配国标电源接口，含电源线。 | 1  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 多级罗茨泵 | 1. 最大抽速不低于 1500L/min;<br>2. 极限真空优于 0.03 mbar;<br>3. 有气镇结构;<br>4. 运行噪声低于 60dB;<br>5. 配国标电源接口, 含电源线。 | 1 |
| 质保期: 2 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                    |   |
| <p>备注: 一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因, 否则视为无效报价单。</p> <p>二、报价单上需列明交货期和质保期。</p> <p>三、报价单(一次性最优惠报价)密封邮寄, 评审现场拆封。</p> <p>四、提供报价单盖章原件 <b>2</b> 份、公司营业执照复印件 <b>2</b> 份, 代理产品需提供相关产品授权书 <b>2</b> 份, 技术指标供及商务要求响应表(见附件)。</p> <p>五、进口产品要求: 1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。</p> <p>2、提供外币报价。</p> <p>3、报价单价格条款必须是 <b>CIP</b> 到合肥机场的价格。</p> <p>4、如包含服务, 需列明服务项目及时间期限。</p> <p>5、如有特殊情况, 可以人民币报价。</p> |       |                                                                                                    |   |

中国科学技术大学  
国家同步辐射实验室  
2024.6.7