

科学技术大学 国家同步辐射实验室 询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		技术咨询：刘老师 13966684467	
报价单原件送达截止时间：2024.5.14		商务咨询：陈老师 0551-63602054	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	名称	技术要求	数量
1	检漏仪	1、对 He 抽速 $\geq 2.5\text{L/s}$ 2、氦气最小可检漏率（真空模式） $\leq 5 \times 10^{-13} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 3、最大测试压强 $\geq 15\text{mbar}$ 4、前级真空干泵抽速： $\geq 27\text{m}^3/\text{h}$ ，多级罗茨 5、语言：有中文模式 6、接口法兰：DN25KF/DN40KF； 7、电源电压：220V，50Hz。	1 套
交货期：合同签订后 6 个月。 付款方式：合同签订后全额付款。 验收指标及验收要求：按技术要求指标验收。 保修及售后服务：货到后，质保 2 年，本地售后服务。			
备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。 五、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。 2、提供外币报价。 3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。 4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。			

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.5.8