

询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		联系人：陈老师 0551-63602054 chenwenjia@ustc.edu.cn	
报价单原件送达截止时间：2025.4.7			
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	设备名称	详细配置清单	数量
1	离子泵	1、抽气速率(L/S)：不小于 600(at 1e-5 Pa)； 不小于 460 (at 1e-7 Pa)； 2、极限压强(Pa)（环境温度 25℃）：≤5.0x10-9； 3、接口法兰：CF200； 4、阳极电压(kV)：≤+7(dc)； 5、烘烤温度(℃)：300； 6、内置烘烤功率(kw)：不小于 0.8； 7、外形尺寸(mm)(L×W×H)≤492×330×452； 8、受调节支架承重限制，重量（kg）≤138； 9、离子泵上需配置有吊装孔； 10、需配套两根 25m 线缆，每根线缆与离子泵的一端的接头连接好，线缆与电源一端的空出，另配两个离子泵端接头备用。	2 套
交货期：合同签订后一月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的 50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的 50% 验收要求：符合技术规格，乙方提供合格证 安装服务：乙方需安排人员现场进行泵体与切割磁铁箱体的装配，提供技术支持 保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。			
备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。 五、国内设备采购请开增值税专用发票。			

