



询价单

询价单位：国家同步辐射实验室	联系人：陈老师 0551-63602054
报价单原件送达截止时间：2026.3.26	chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：加热带
预算：300000 元
技术要求：
本次采购的加热带用于 HALF 储存环真空系统 BPM、波纹管、抽气单元、插入件真空室等部件的烘烤。相关要求如下：
加热带为玻璃纤维加热带，整体磁导率 ≤ 1.02 。
加热带具体配置如下：

序号	产品名称	主要性能参数	计量单位	数量
1	加热带型号 01	加热带长度 200 mm，宽度 23 mm，最高工作电压 220 V，功率 40 W。	件	792
2	加热带型号 02	加热带长度 350 mm，宽度 23 mm，最高工作电压 220 V，功率 50 W。	件	253
3	加热带型号 03	加热带长度 1000 mm，宽度 23 mm，最高工作电压 220 V，功率 200 W。	件	460
4	加热带型号 04	加热带长度 1500 mm，宽度 23 mm，最高工作电压 220 V，功率 300 W。	件	380
5	加热带型号 05	加热带长度 2000 mm，宽度 23 mm，最高工作电压 220 V，功率 400 W。	件	39
6	加热带型号 06	加热带长度 3000 mm，宽度 23 mm，最高工作电压 220 V，功率 500 W。	件	109
7	加热带型号 07	加热带长度 5000 mm，宽度 23 mm，最高工作电压 220 V，功率 1000 W。	件	115

备注：每根加热带的线缆长度为 1.5 米，并配备 2 芯的插头/公头。

交货期：合同签订 3 个月内交付完毕

付款方式：

1、合同签订，预付合同总金额的 40%；

2、发货前，支付合同总金额的 40%

3、全部交付完毕，验收合格后，支付合同总金额的 20%。

验收指标及验收要求：供应商应提交合格证明。

保修及售后服务：

在质量保修期内，供应商对由于制造、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后 24 小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件**2**份、营业执照复印件**2**份，代理产品需提供相关产品授权书**2**份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2026.3.20