

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：王老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.1.21

wxy666@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路42号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368

采购名称：高真空电控平移台及控制器（重载）

预算：140000 元

规格和技术参数：

- 行程：≥85 mm 和 ≥30 mm
- 闭环分辨率：<0.5 μm
- 重复定位精度：≤0.5 μm
- 真空兼容，达到 5e-7 mbar
- 整体尺寸：宽度≤70 mm，移动方向全行程尺寸≤250 mm（行程≥85mm）
- 控制：兼容 epics，提供 epics 控制教程及技术支持，网口通讯
- 水平负载：≥2kg
- 控制器：自带控制软件，兼容 epics 通讯，支持二次开发，提供 epics 控制教程及技术支持，网口通讯
- 数量：共 4 个，三个行程≥85 mm，一个行程≥30 mm

交货期：合同签订后 3 个月内

交付进度：一次性交付

付款方式：甲方预付合同总金额的 50%，货到甲方验收合格后支付尾款

验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含行程：≥85 mm 和 ≥30 mm；分辨率：< 0.5 μm；重复定位精度：≤0.5 μm；真空兼容，达到 5e-7 mbar；兼容 epics，提供 epics 控制教程及技术支持，网口通讯；水平负载：≥2kg。控制器：兼容 epics 通讯，支持二次开发，提供 epics 控制教程及技术支持，网口通讯。

保修及售后服务：质保期一年

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格。**如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、**报价单上需列明交货期和质保期。**

三、**报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。**

四、**提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 2 份，**代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标及商务要求响应表 2 份（见附件）。

五、**国内设备采购请开增值税专用发票。**

中国科学技术大学国家同步辐射实验室

2026 年 1 月 15 日