

 询价单	
询价单位：国家同步辐射实验室	联系人：王老师 0551-63602054
报价单原件送达截止时间：2026.2.3	wxy666@ustc.edu.cn
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368	
采购名称： 高真空电控平移台及控制器（重载） 预算： 140000 元 规格和技术参数： ● 行程：≥85 mm 和 ≥30 mm ● 闭环分辨率：<0.5 μm ● 重复定位精度：≤0.5 μm ● 真空兼容，达到 5e-7 mbar ● 整体尺寸：宽度≤70 mm，移动方向全行程尺寸≤250 mm（行程≥85mm） ● 控制：兼容 epics，提供 epics 控制教程及技术支持，网口通讯 ● 水平负载：≥2kg ● 控制器：自带控制软件，兼容 epics 通讯，支持二次开发，提供 epics 控制教程及技术支持，网口通讯 ● 数量：共 4 个，三个行程≥85 mm，一个行程≥30 mm 交货期： 合同签订后 3 个月内 交付进度： 一次性交付 付款方式： 甲方预付合同总金额的 50%，货到甲方验收合格后支付尾款 验收指标及验收要求： 提供出厂检测报告，需要包含行程：≥85 mm 和 ≥30 mm；分辨率：<0.5 μm；重复定位精度：≤0.5 μm；真空兼容，达到 5e-7 mbar；兼容 epics，提供 epics 控制教程及技术支持，网口通讯；水平负载：≥2kg。控制器：兼容 epics 通讯，支持二次开发，提供 epics 控制教程及技术支持，网口通讯。 保修及售后服务： 质保期一年	
备注：一、 报价单列明总价和各分项价格。 如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、 报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、 提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份 ，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标及商务要求响应表 2 份（见附件）。 五、国内设备采购请开增值税专用发票。	

中国科学技术大学国家同步辐射实验室
2026 年 1 月 28 日