

询价单	
询价单位：国家同步辐射实验室	联系人：陈老师 0551-63602054 chenwenjia@ustc.edu.cn
报价单原件送达截止时间：2025.5.23	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682	
采购名称：辐射探测器 1、伽马探测器 4 台 (1) 仪器类型：电离室 (2) 有效量程：100nGy/h~100mGy/h; (3) 能量范围：60keV~3MeV; (4) *相对固有误差：≤±15% (5) 工作温度：在-10℃~+40℃范围内，能稳定工作; (6) 实时数据展示：实时显示当前探测器剂量率、实时监控主机与服务器通讯状态; (7) 报警阈值设置：超阈值声光报警; (8) 本地可保存历史数据记录; (9) 通讯故障，屏幕报警提示; (10) 电磁兼容性：符合国标 GB/T17626.2-2018 和 GB/T17626.3-2016 标准要求。 (11) 机械特性（振动特性）：正常工作; 以上标*的参数需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检定、校准证书或者测试报告，其他参数需提供产品彩页或官网截图，所有材料需在报价时提供。 2、中子探测器 2 台 (1) 仪器类型：正比计数器 (2) 有效量程：100 nSv/h~10 mSv/h; (3) 能量范围：0.025eV~14 MeV; (4) *相对固有误差：≤±15%; (5) 工作温度：在-10℃~+40℃范围内，能稳定工作; (6) 实时数据展示：实时显示当前探测器剂量率、实时监控主机与服务器通讯状态; (7) 报警阈值设置：超阈值声光报警; (8) 本地可保存历史数据记录; (9) 通讯故障，屏幕报警提示; (10) 电磁兼容性：符合国标 GB/T17626.2-2018 和 GB/T17626.3-2016 标准要求。 (11) 机械特性（振动特性）：正常工作; 以上标*的参数需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检定、校准证书或者测试报告，其他参数需提供产品彩页或官网截图或报告，所有材料需在报价时提供。 3、通讯 按照嵌入式 EPICS IOC 的标准开发 IOC，实现远控功能，具体技术细节规范以 EPICS 相关文档为标准。 使用业界广泛使用的标准协议，如工业通讯协议 Modbus TCP/IP、可编程仪器标准命令 SCPI 等，以减少协议约定的工作量。 厂家需提供安装支架及安装调试服务。	

交货期：合同生效之日起 120 日内将货物送达至指定地点。

验收指标及验收要求：供应商需提供计量院或计量站出具的仪器的校准证书

保修及售后服务：产品质保期为 12 个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供应商应再 3 日内以更换等方式解决，并承担相应费用。

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格。**如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、**报价单上需列明交货期和质保期。**

三、**报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。**

四、**提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。**

五、**国内设备采购请开增值税专用发票。**

