

询价通知书

相关供应商:

根据采购计划,现邀请你单位前来参加报价。

一、采购项目概况

本采购项目预算金额 45 万元。

二、采购清单

名称	单位	数量	技术、商务要求
分光棱镜及准直透镜	组	5	技术参数: 分光棱镜: 口径: 25.4mm×25.4mm×25.4mm; 分光比: 50%±5%; 透射面形误差(@1mm 光斑测试): φ15mm 内, 优于 150nrad; φ5mm 内, 优于 100nrad。 准直透镜: 尺寸: φ25.4mm×5mm; 焦距: 800mm(±0.4mm); 透射面形误差(@1mm 光斑测试): φ15mm 内, 优于 250rad; φ5mm 内, 优于 100nrad。 光洁度: 20/10@φ15mm。 数量: 5 组 (1 组包括分光棱镜和准直透镜各 1 件)。 商务要求: 交货期: 合同签订 4 个月内完成交付。 交付进度: 2 个月内, 提供分光棱镜及准直透镜 2 组, 至少保证 1 组合格的分光棱镜及准直透镜(φ5mm 内综合透射面形误差≤100nrad)。 4 个月内, 提供分光棱镜及准直透镜 3 组, 至少保证 1 组合格的分光棱镜及准直透镜(φ5mm 内综合透射面形误差≤100nrad)。 付款方式: 合同签订后 20 个工作日内甲方预付 20%合同款。到货验收合格后, 由乙方开具发票, 甲方在 20 个工作日内支付剩余 80%货款。 验收指标及验收要求: 分光棱镜: 口径: 25.4mm×25.4mm×25.4mm; 分光比: 50%±5%; 透射面形误差φ15mm 内, 优于 150nrad; φ5mm 内, 优于 100nrad。 准直透镜: 尺寸: φ25.4mm×5mm; 焦距: 800mm(±0.4mm); 透射面形误差: φ15mm 内, 优于 250rad; φ5mm 内, 优于 100nrad。 光洁度: 20/10@φ15mm。 总数量: 5 组; 至少保证 2 组合格分光棱镜与准直透镜。

三、供应商资格要求

3.1、具备独立法人资格，具有有效的营业执照（或事业单位法人证书）。

3.2、信用要求：

至报价截止时间，报价单位（不含其不具有独立法人资格的分支机构）不得存在下列有效情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人的；

（2）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入严重违法失信企业名单的；

3.3、本项目（不接受）联合体投标。

四、成交规则及报价要求

1、满足采购项目需求且报价最低成交。

2、报价超出预算为无效。有效报价不足 3 家，则重新开展询价活动。

3、报价单中应注明报价日期及报价有效期。

4、报价文件格式不限，密封提交。

五、其他

（一）报价文件提交地点：安徽省合肥市中国科学技术大学国家同步辐射实验室。

（二）截止时间：2024 年 8 月 26 日下午 5：30。

联系电话：15059190480

联系人：徐老师