

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人： 王老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.12.2

wxy666@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18556750368

采购名称：质量分析器组件

预算：387000 元

规格和技术参数：

- 1、按图纸加工零件，零件表面不得有明显划痕，精密零件超声清洗后，组装捡漏，漏率低于 $2.0\text{E-}8 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ；
- 2、配备 ADC 采集卡，采样率 4GS/s ，带宽 2GHz ；
- 3、离子探测器配备 4 片 $\Phi 25/6\text{-}4 \mu\text{m}$ 微通道板；
- 4、质量分析器质量分辨大于 8000，基于单光子电离，检测灵敏度大于 10ppb，提供测试方法与报告。

如需查看详细工程图，请邮箱联系。

交货期：合同签订后 4 个月内。

交付进度：加工 2 个月，调试及测试 2 个月。

付款方式：合同签订后支付合同总额的 40%，设备到货并调试验收合格后，支付合同尾款。

验收指标及验收要求：提供测试报告，满足技术参数要求。

阶段性检查要求：定期提供项目进展，关键节点提供进展报告。

保修及售后服务：质保期 1 年。

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格。**如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、**报价单上需列明交货期和质保期。**

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、**提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 2 份**，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标及商务要求响应表 2 份（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025 年 11 月 26 日