

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室		技术咨询：吴老师 0551- 63602060	
报价单原件送达截止时间：2024.6.14		商务咨询：陈老师 0551-63602054	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	名称	技术要求	数量
1	热电离规管及控制器	可测量真空范围≤3.0x 10 ⁻¹¹ mbar；CF35 接口；可替换灯丝；材质为铱丝或钨丝；真空计含 RS232/485 通讯接口，可设置 setpoint，带延时功能；可快速切换灯丝；含 degas 功能。耐烘烤温度不低于 200° C，耐烘烤线长度 10 米或以上。	数量：2 套，每套含真空计一个，规管两个。规管数量也可高于此要求。
2	全量程规管及控制器	可测量真空范围 5 x 10 ⁻⁹ mbar 至 1000mbar；CF35 接口；任意角度安装；控制器含 RS232/485 通讯接口，耐烘烤温度不低于 120° C，含 5 米或以上通讯线。	数量：3 套，每套含控制器一个，规管一个。规管数量也可高于此要求。
备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。 五、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。 2、提供外币报价。 3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。 4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。 5、如有特殊情况，可以人民币报价。			

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.6.7