

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.11.12

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：真空测量及联锁线缆

预算：452700 元

技术要求：

真空规线芯数 1 芯，线规 20AWG,内直径 3mm 外直径 5mm，绝缘带屏蔽层，耐压 5kVDC，导体电阻 $\leq 42 \Omega/\text{km}$ @20℃，阻抗 $50 \pm 3 \Omega$ ，电容 $\leq 106 \text{ pF/m}$ ，最小弯曲半径 80mm；总长 5500 米。

2 芯线：耐压 300VAC/DC，导体直径 0.9mm，外直径 $>6\text{mm}$ ，导体电阻 $\leq 39 \Omega/\text{km}$ @20℃，绝缘带屏蔽层；总长 4000 米。

6 芯线：耐压 300VAC/DC，导体直径 0.9mm，外直径 $>6\text{mm}$ ，导体电阻 $\leq 39 \Omega/\text{km}$ @20℃；总长 2000 米。

以上真空规线缆接头需适配 MAG060 真空规及 VGC083 真空计，每根线缆 2 个接头。厂家负责现场制作线缆接头及配合完成线缆和设备接线工作。

交货期：合同签订后 4-6 周内

交付进度：一次性交付

付款方式：合同签订后预付合同总额的 50%，到货后支付合同总额的 40%，验收合格后支付合同尾款

验收指标及验收要求：上电测试无问题

保修及售后服务：质保 1 年

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

