

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：王老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间 2025.12.3

wxy666@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路42号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368

采购名称：计量线站反射率计改造

数量：1 套

预算：360000 元

规格和技术参数：

1. 增加一维转动调节机构，用于放置反射样品，承重 $\geq 10\text{kg}$ ，放置样品最大为 $200*40*50\text{mm}$ ，行程 $\pm 10^\circ$ ，分辨率 0.0012° ，重复定位精度 0.01°
2. 增加一维直线调节机构，用于放置光电二极管，行程 $\pm 35\text{mm}$ ，分辨率 $1\mu\text{m}$ ，重复定位精度 $10\mu\text{m}$
3. 含控制器及对应真空馈通
4. 使用环境： $\leq 1\text{E}-4\text{Pa}$ 真空
5. 含控制软件，另需提供标准 EPICS7 接口

交货期：合同签订后 6 个月内。

交付进度：一次性交付。

付款方式：甲方预付合同总金额的 40%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的 60%。

验收指标及验收要求：根据出厂合格证验收。

保修及售后服务：质保期一年，售后需在 24 小时内响应。

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格。**如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、**报价单上需列明交货期和质保期。**

三、**报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。**

四、**提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 2 份**，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标及商务要求响应表 2 份（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025 年 11 月 27 日