

询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		联系人：陈老师 0551-63602054	
报价单原件送达截止时间：2024.10.16		chenwenjia@ustc.edu.cn	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	名称	技术要求	数量
1	束流闸	具体详见图纸标准要求。腔体内部装配 60x5x5cm 的纯铜挡光块，通过气缸、波纹管控制行程距离，两端 CF35 刀口法兰，挡块两端中心点分别与两端法兰中心同轴。整体漏率好于 5×10^{-10} mabr. l/s，真空腔体真空度要求好于 5×10^{-7} Pa。厂家需配做对应可调支撑。	1 套
交货期：8 个月 交付进度：合同签订后 8 个月内完成设备出厂验收及交付。 付款方式：设备到货并调试验收合格后，支付合同总价的 100%。 验收指标及验收要求： 1. 真空漏率 $\leq 5 \times 10^{-10}$ mabr. l/s，真空度好于 5×10^{-7} Pa； 2. 形位公差符合图纸标注要求。 阶段性检查要求： 1. 真空腔体焊接前检查：尺寸及形位公差 2. 生产周期间进度检查及加工质量检查 保修及售后服务： 乙方对其所提供设备的免费保修期为 1 年，同时提供终身维护服务。保修期从全部产品验收合格之日起算。乙方应在接到报修通知后 24 小时内响应，48 小时内派技术人员到达现场，72 小时之内排除故障。 备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。 五、国内设备采购请开增值税专用发票。			

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.10.11