

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：王老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.3.25

wxy666@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368

采购名称：真空管道及支架

预算：200000 元

规格和技术参数：

技术参数要求：

机械真空泵组，泵抽速 $30\text{m}^3/\text{h}$ ，包含真空管道 L1(长度 5400mm)，真空管道 L2(长度 3400mm)，真空管道 L3(长度 3400mm)，真空管道 L4(长度 1600mm)，真空管道 L5(长度 11400mm)，真空管道 L6(长度 5400mm)，真空管道 L7(长度 1900mm)，真空管道 L8(长度 2900mm)，真空管道 L9(长度 600mm)，ISO63 法兰，管道规格 $54\times 2\text{mm}$ ，预留 KF40 接口，漏率优于 $1.0\text{E}-10\text{Pa}\cdot\text{m}^3/\text{s}$ ；管道需配置可调管道支架；配置真空测量设备，包括真空规，真空计，以及真空规连接三通，卡箍，密封圈等（管道长度及放置位置可能会微调）。

交货期：合同签订后 3 个月内

交付进度：一次性交付

付款方式：合同签订后支付 30%合同款，货到验收合格且收到全额发票后付清尾款。

验收指标及验收要求：厂家出具产品检验合格证，现场完成验收。

保修及售后服务：质保期 1 年

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格。**如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、**报价单上需列明交货期和质保期。**

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、**提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 2 份**，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2026 年 3 月 19 日