

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.11.10

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：激光脉冲压缩器

预算：495000 元

技术要求：

- 1、输入脉冲宽度：1 ps；
- 2、输入光谱宽度：2 nm；
- 3、输入中心波长：800 nm；
- 4、输入能量：1 mJ@100 Hz；
- 5、输出脉宽：<100 fs；
- 6、输出能量：>500 μ J (@100 Hz)；
- 7、输出光谱宽度：>20 nm。

数量：一套

交货期：收到预付签订后 6 个月内。

付款方式：合同签订后支付合同总额的 40%，阶段性检查合格后支付合同总额的 30%，货到验收合格后支付合同尾款。

验收指标及验收要求：

- 1、输入脉冲宽度：1 ps；
- 2、输入光谱宽度：2 nm；
- 3、输入中心波长：800 nm；
- 4、输入能量：1 mJ@100 Hz；
- 5、输出脉宽：<100 fs；
- 6、输出能量：>500 μ J (@100 Hz)；
- 7、输出光谱宽度：>20 nm。

阶段性检查要求：完成产品设计方案并完成脉冲压缩器的腔体搭建。

保修及售后服务：12 个月内保修，48 小时内（工作日）响应，保修期内需方在正常使用情况下，供方提供免费维修维护。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025.11.4