

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：刘潇康 15156082247

报价单原件送达截止时间：2022.04.11

商务咨询：陈文佳 0551-63602054
丁四清 0551-63602055

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈文佳 18656098682

序号	设备名称	品牌及型号	详细配置清单	数量
1	硅漂移探测器	AXAS-M H150	基本功能及配置须包括：有效面积、能量分辨率、计数率、峰背比、窗口等。请供应商提供相关产品的授权书，并根据“技术参数要求提供配置详单”	2 套

技术参数：

1. 硅漂移探测器 SDD 有效面积 150 mm²
2. 能量分辨率 ≤ 136 eV
3. 峰背比 P/B > 15000
4. 最快峰化时间 1 μs
5. 探头 Si 晶体厚度 450 μm
6. 最大计数率 2 MCPS
7. TEC 和 SDD 电源供应模块
8. 完整的模拟或数字多道分析采集系统
9. USB2.0 接口

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 1 份，代理产品需提供相关产品授权书。

五、进口产品要求：1、进口设备必须要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。

2、提供外币报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2022.03.30.