

询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		技术咨询：吴老师 0551- 63602060	
报价单原件送达截止时间：2024.6.14		商务咨询：陈老师 0551-63602054	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	名称	技术要求	数量
1	移动式机组	前级泵为无油泵，抽速大于 25m ³ /h，前级泵自带气镇，关闭气镇的状态下极限真空优于 3Pa；分子泵抽速不小于 300L/S，冷却方式可选水冷或风冷，分子泵极限真空优于 1E-9mbar，报价包含冷却模块；泵组需配规管及显示设备，规管量程包含常压到 5E-9mbar。	1 套
2	分子泵及控制器	分子泵抽速不小于 300L/S，冷却方式可选水冷或风冷，分子泵极限真空优于 1E-9mbar，CF 接口，含控制器及冷却模块。	2 套
3	分子泵及控制器	分子泵抽速不小于 80L/S，冷却方式可选水冷或风冷，分子泵极限真空优于 1E-9mbar，CF 接口，含控制器及冷却模块。	5 套
备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。 五、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。 2、提供外币报价。 3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。 4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。 5、如有特殊情况，可以人民币报价。			

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.6.7