

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.5.9

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	设备名称	详细配置清单	数量
1	分子泵	分子泵对氮气抽速不低于 300L/s，配冷却风扇，极限真空 1E-9mbar，接口为标准 CF 法兰。	1 台
2	分子泵	分子泵对氮气抽速不低于 700L/s，配冷却风扇，极限真空 1E-9mbar，接口为标准 CF 法兰。	1 套
3	分子泵机组	分子泵对氮气抽速不低于 300L/s，配冷却风扇，极限真空 1E-9mbar，接口为标准 CF 法兰；前级为多级罗茨泵，抽速不低于 30m ³ /h，极限真空优于 3Pa，自带气镇。需配真空测量装置，设备量程范围为常压到 1E-9mbar。包含必要的真空连接件，手推车结构。	2 套

交货期：从签订合同之日起 12 个月内。

付款方式：合同签订后预付合同总额的 25%，收到设备验收合格后 30 个工作日内付清尾款。

验收指标及验收要求：

检测干泵抽速，检测分子泵抽速

检测极限真空读数从常压到 1E-9mbar

保修及售后服务：质保期至少一年时间。

其它：以上设备要求同一品牌。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。

2、提供外币报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025.4.30