

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.3.6

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：无磁盲板法兰

预算：250000 元

技术要求：

本次采购的无磁盲板法兰等项目，主要用于储存环真空系统密封工作，相关要求如下：

1) 无磁盲板法兰材料要求 316L 或 316LN；磁导率小于等于 1.02；法兰标准基于 GB/Z 25756-2010；

2) $\phi 38^{\circ}1.5-90^{\circ}$ 弯头材料要求 316L 或 316LN；磁导率小于等于 1.02；法兰标准基于 GB/Z 25756-2010；

3) 波纹管长度 1.5 m

4) 所有采购项目真空漏率 $\leq 5E-11$ mbar · L/s

5) 所有采购项目需洁净，需按照超高真空清洗标准清洗处理；

6) 产品质保期为 1 年，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。

7) 包装和运输：

包装和运输均由承制方负责，承制方应该要保证产品安全可靠的运输至需方指定地方。具体方案需经甲方认可。

①采购项目需按照不同的规格进行单独包装并贴标签。

2: 名称及类型数量

名称	接口类型	数量（个）	技术指标
无磁盲板法兰	CF25	25	材料磁导率小于等于 1.02；材料要求 316L 或 316LN；法兰标准基于 GB/Z 25756-2010；漏率 $\leq 5E-11$ mbar·L/s
	CF35	420	
	CF63	250	
转接头	CF35 转 KF40	150	漏率 $\leq 5E-11$ mbar·L/s
$\phi 38^{\circ}1.5-90^{\circ}$ 弯头	接 CF35-CF35 弯头	22	材料磁导率小于等于 1.02；材料要求 316L 或 316LN；法兰标准基于 GB/Z 25756-2010；漏率 $\leq 5E-11$ mbar·L/s
普通盲板法兰	KF40	200	漏率 $\leq 5E-11$ mbar·L/s
卡箍套装	KF40 卡箍	300	漏率 $\leq 5E-11$ mbar·L/s
波纹管	KF40 波纹管	50	1.5m；漏率 $\leq 5E-11$ mbar·L/s

交货期：合同签订之日起 1 个月内交付 30%，合同签订之日起 3 个月内交付完毕。

交付进度：合同签订之日起 3 个月内，交付完毕。

付款方式：全部货物到货后，付全款 100%。

验收指标及验收要求：

产品加工完成后，由供应商提供产品的验收方案，出厂报告至少应包含以下内容：

性能测试报告

供应商需按照技术要求，提供性能测试报告。

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格**。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、**报价单上需列明交货期和质保期**。

三、**报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封**。

四、**提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 2 份**，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、**国内设备采购请开增值税专用发票**。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2026.3.1