

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：吴老师 13339010633

报价单原件送达截止时间：2024.7.25

商务咨询：陈老师 0551-63602054

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	技术要求	数量
1	检漏仪	1. 前级泵必须为无油泵，干泵或多级罗茨泵均可，抽速不低于 30m ³ /h 2. 对 He 抽速≥2.5L/s 3. 可检气体质量数： 2. 3. 4 4. 氦气最小可检漏率（真空模式） <5*10-12mbar*l/s 5. 接口： DN25KF 或 DN40KF 均可 6. 含嗅探模式，标配 3 米或以上长度吸枪 7. 国标电源电压， 中文操作界面， 手推车外形	1 台

交付进度：一次性交付

付款方式：预付合同总额的 70%，剩余尾款货到验收合格后一次性付清

验收指标及验收要求：现场开机检测各项技术指标

保修期：2 年

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。

2、提供外币报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.7.19