

中国科学技术大学 询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		技术咨询：王老师 13051488933	
报价单原件送达截止时间：2024.5.22		商务咨询：陈老师 0551-63602054	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	名称	技术要求	数量
1	红外 FEL 束测 信号调理器	1. 48 个独立通道，具备滤波和衰减调节能力 2. 滤波器截止频率 900MHz，数目 48 件 3. 低通抑制频率范围 1800MHz-10000MHz，抑制度≥70dB，抑制 DC 信号 4. 手动调节衰减器，步进≤ 2dB，调节范围≥ 18dB，数目 48 件	1 套
交货期：合同生效之日起 120 日内交货。			
交付进度：一次性交付			
付款方式：合同签订后预付合同总金额的 50%，货到验收合格且收到全额发票后 20 个工作日内付清尾款。			
验收指标及验收要求：			
	验收指标	验收要求	
信号调理器整体	通道数	符合技术规格	
低通滤波器	截止频率，抑制度	符合技术规格	
信号衰减器	步进参数，调节范围	符合技术规格	
保修及售后服务：产品质保期为验收合格之日起 12 个月。			
备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。			
二、报价单上需列明交货期和质保期。			
三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。			
四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。			
五、国内设备采购请开增值税专用发票。			

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.5.16