

询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		联系人：陈老师 0551-63602054	
报价单原件送达截止时间：2025.7.30		chenwenjia@ustc.edu.cn	
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	采购名称	详细配置清单	数量
1	可移动真空烘烤车	1. 控温：通道≥ 6；每个通道可独立设置升温、保温、降温参数，保温时长不少于 15 天； 显示：配置触控显示屏，显示各通道的温度随时间变化的实时曲线，显示屏可进行参数设置； 存储：具备各通道温度数据的存储和导出功能； 温度报警及保护：具备温度报警阈值的设置功能，温度超出或低于阈值，该通道能断电保护，但不影响其他通道；每个通道独立设置过载保护的保险丝； 烘烤功率的输入方式：采用外部一个总插座，在烘烤设备内部分配至各通道的方式； 烘烤功率的调节方式：采用可控硅控制器逐步加载功率； 测温：每个通道配置一个 K 型热偶，测温上限$\geq 300^{\circ}\text{C}$，测温精度好于$\pm 1^{\circ}\text{C}$。 2. 烘烤设备的供电：电压 380V。 3. 各通道烘烤供电：功率 2000W。 4. 烘烤设备外形：高度$\leq 1.5\text{m}$，宽度或长度有一边$\leq 0.5\text{m}$，重量$\leq 100\text{Kg}$，配置手推的扶手。 5. 移动方式：配置 4 个静音轮，长度方向的前面为固定轮，后面为万向轮，万向轮可锁死，轮子直径$\geq 10\text{cm}$。 6. K 型热偶且热偶线长度和加热线缆长度均为 10 米。	3 台
交货期：合同签订后 6 个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总额的 25%，收到设备验收合格后 30 个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求： 检测通道数量，开机测试通道加热功能。检测温度数据储存和导出功能。检测负载后的温度精度是否达到要求。检测设备尺寸及热偶型号。 质保期：一年			
备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品			

授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025.7.24