

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：刘老师 13966684467

报价单原件送达截止时间：2024.5.8

商务咨询：陈老师 0551-63602054

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	技术要求	数量
1	检漏仪	1、对 He 抽速 $\geq 2.5\text{L/s}$ 2、氦气最小可检漏率（真空模式） $\leq 1 \times 10^{-13} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 3、氦气最小可检漏率（吸枪模式） $\leq 5 \times 10^{-10} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 4、最大测试压强 $\geq 25\text{mbar}$ 5、前级真空泵抽速： $\geq 27\text{m}^3/\text{h}$ ，多级罗茨 6、语言：有中文模式 7、接口法兰：DN25KF/DN40KF； 8、电源电压：220V，50Hz。	1 套

交货期：合同签订后 6 个月。

付款方式：合同签订后全额付款。

验收指标及验收要求：按技术要求指标验收。

保修及售后服务：货到后，质保 2 年，本地售后服务。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
二、报价单上需列明交货期和质保期。
三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。
四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。
五、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。
2、提供外币报价。
3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。
4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.4.29