

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：王老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.12.3

wxy666@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368

采购名称：低温恒温器

预算：130000 元

数量：1 个

规格和技术参数：

- 连续流恒温器，可以匹配用户现有的传输管线使用（标准液氮传输线）
- 液氮降温，温度范围 5K-350K
- 超低振动和低漂移设计
- 标称温度稳定性：±30mK
- 紧凑尾部设计
- 集成抽真空阀和安全阀

交货期：图纸确认后 3 个月内

交付进度：一次性交付

付款方式：甲方预付合同总金额的 80%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的 20%

验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含温度范围 5-350K、振动测试报告等。

保修及售后服务：质保期一年

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格。**如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、**报价单上需列明交货期和质保期。**

三、**报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。**

四、**提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 2 份，**代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标及商务要求响应表 2 份（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

