

询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		技术咨询：吴老师 13339010633	
报价单原件送达截止时间：2024.9.14		商务咨询：陈老师 0551-63602054	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	名称	技术要求	数量
1	氦质谱检漏仪	1. 前级泵必须为多级罗茨泵，抽速不低于 30m³/h 2. 对 He 抽速≥3L/s 3. 可检气体质量数： 2. 3. 4 4. 氦气最小可检漏率（真空模式） <5*10 ⁻¹² mbar*l/s 5. 接口： DN25KF 或 DN40KF 均可 6. 含嗅探模式，标配 3 米或以上长度吸枪 7. 国标电源电压， 中文操作界面 8. 手推车外形，不接受组装式的检漏仪	1 台
交付进度：一次性交付 交货期：签订合同之日起 12 个月内 付款方式：合同签订后预付合同总额的 60%，剩余尾款货到验收合格后一次性付清 验收指标及验收要求：由厂家提供合格报告或者证书 保修期：2 年			
备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。 五、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。 2、提供外币报价。 3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。 4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。			

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.9.10