



询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.7.9

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：数据采集卡

预算：300000 元

技术要求：

采购 2 套数据采集卡，每套数据采集卡具体技术参数要求如下：

技术参数	
模拟输入通道数量	≥8 路
模数转换器分辨率	16 bit
最大采样率	≥2 MS/s/通道
定时分辨率	≤10 ns
定时精度	≤采样率的 10ppm
输入电压量程	±1 V、±2 V、±5 V、±10 V
输入阻抗	≥100 kΩ
接口类型	BNC
附件配置	提供配套机箱、安装线缆等附件。配套机箱为标准上架设备，宽度不大于 440mm，并提供安装组件；机箱用于安装采集卡并提供供电、总线通讯及安装支撑；采集卡集成多通道 ADC，可实现电脑联机控制与独立控制采集。
测试软件支持的操作系统	支持 Windows 7 及以上主流桌面操作系统
完整采集单元规格尺寸	≤宽 440mm×高 45mm

交货期：签订合同后 8 个月内

付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的 40%；（2）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的 60%。

验收指标及验收要求：提供出厂测试报告。

保修及售后服务：提供至少 1 年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
标准件需要注明品牌和型号，非标加工件需要注明生产厂商。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2026.7.3