

询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		联系人：陈老师 0551-63602054 chenwenjia@ustc.edu.cn	
报价单原件送达截止时间：2025.6.23			
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	采购名称	详细配置清单	数量
1	漫反射附近及控温仪和漫反射原位反应池	温度范围:室温-500℃，控温精度;±1℃;压力范围;达到 1.5MPa	1 套
交货期:合同签订后三个月内。 交付进度:一次性交付。 付款方式:合同签订后预付合同总额的 80%，验收合格后支付 20%。 验收指标及验收要求:提供出厂检测报告，需要包含温度范围:室温-500℃，控温精度:± 1℃;压力范围:达到 1.5MPa 等指标。 质保期：一年。			
备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。 五、国内设备采购请开增值税专用发票。 六、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同，如国内公司进行报价，需提供由律师签字的外贸合同签订授权函以及律师资格证复印件。 2、提供进口产品免税报价。 3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场（合肥机场到项目现场的运输保险由乙方承担） 的价格。 4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。			

