

询价单	
询价单位：国家同步辐射实验室	联系人：陈老师 0551-63602054 chenwenjia@ustc.edu.cn
报价单原件送达截止时间：2025.12.11	
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682	
采购名称：分子泵 预算：470000 元 技术要求： 1、磁悬浮结构； 2、1 台 ISO-F 250 橡胶圈密封，2 台 DN 250CF； 3、抽速≥1900 l/s（N2）； 4、极限压强≤5E-7 Pa； 5、压缩比>5E8 Pa； 6、泵体水平放置； 7、叶片具备防污镀层； 8、具备除污吹扫加热功能。 交货期：预付款后 3 个月。 交付进度：一次性交付。 付款方式：二选一 1、合同签订后预付合同总额的 30%，设备到货并调试验收合格后，支付合同尾款。 2、信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过 90%，尾款待验收合格之后支付。 验收要求及验收指标： 所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下： （1）对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接受，并由供应商负责免费更换； （2）设备到货后，供应商需要到现场进行验收，到货验收需供应商完整的产品质量证明文件，产品数量及型号相符，视为验收合格； （3）供应商提交的技术文档应包括且不限于技术规格说明书、操作手册等资料。 保修及售后服务： （1）设备供应商提供分子泵的安装调试服务，供应商需在到货后 30 个工作日内派人到指定现场进行指导安装； （2）提供至少 1 年的免费保修，保修期自验收签字之日算起； （3）保修期间产品出现问题时，供应商需 12h 内做出响应，48h 内前往现场进行故障排查。 备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。	

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同，如国内公司进行报价，需提供由律师签字的外贸合同签订授权函以及律师资格证复印件。

2、提供进口产品免税报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格（合肥机场到项目现场的运输保险由供应商承担）。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

