

询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		技术咨询：胡老师 15656542808	
报价单原件送达截止时间：2024.5.31		商务咨询：陈老师 0551-63602054	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	名称	技术要求	数量
1	多路高精度测量系统	1、1 个 PXIe 控制器：主频 2.6 GHz，6 核 i5 处理器； 2、5 个 PXIe 万用表卡：6 位半数字万用表； 3、2 个 PXIe 万用表卡：高精度 7 位半高精度万用表； 4、1 个 PXIe 开关切换板卡：单线支持 64 单通道多路复用器，两线制支持 32 通道开关高速切换； 5、1 个螺栓接线盒：开关切换板卡通道引出接线； 6、1 个 PXIe 机箱：9 槽 3U PXI Express 机箱，内置散热和高精度稳压电源； 7、多路高精度电源测量软件设计和开发：多张万用表板卡同步机制设计开发、测试、验证，电源测量结果数据存储、分析、显示、缩放、数据流盘程序开发与调试，32 通道开关切换板卡结合高精度数字万用表卡实现高速多通道复用测量功能，电源测量系统环境温度采集软件开发。	1 套
交货期：4 个月			
交付进度：一次性交付			
付款方式：甲方预付合同总金额的 80%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的 20%			
验收指标及验收要求：			
验收指标		验收要求	
PXIe 控制器		符合技术规格	
PXIe 万用表卡		符合技术规格，提供出厂校准证书	
PXIe 开关切换板卡		符合技术规格	
螺栓接线盒		符合技术规格	
PXIe 机箱		符合技术规格	
多路高精度电源测量软件设计和开发		符合技术规格	
保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。			

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 **2** 份、公司营业执照复印件 **2** 份，代理产品需提供相关产品授权书，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.5.27