

科学技术大学 询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		技术咨询：尚老师 15240013363	
报价单原件送达截止时间：2024.8.27		商务咨询：陈老师 0551-63602054	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	名称	技术要求	数量
1	50MW 数字化聚焦电源	35V/35A/6 组输出;稳定度 $\leq 0.1\%$	1 套
2	80MW 数字化聚焦电源	250V/25A; 稳定度 $\leq 0.1\%$	1 台
3	50MW 速灯丝及偏磁电源	220V/3A; 稳定度 $\leq 1\%$	1 台
4	80MW 速灯丝及偏磁电源	110V/5A 稳定度 $\leq 1\%$	1 台
5	闸流管灯氢电源	10V/100A,10V/25A; 稳定度 $\leq 0.1\%$	1 台
6	速调管钛泵电源	5kV/1mA	1 台
7	冲击闸流管灯氢电源	10V/30A,10V/10A; 稳定度 $\leq 0.1\%$	1 台
拟采购电源须具备模拟量 24V 开机信号输入; 模拟故障信号输出 (NPN 型) 功能。 交货期: 签订合同后 8 个月内。 交付进度: 供货方于合同生效之日起 8 个月内将货物送达至采购方指定地点。 付款方式: 签订合同后, 预付合同总额的 50%; 货到验收合格后 30 个工作日内, 付清尾款。 验收指标及验收要求: 按照技术参数要求进行验收, 验收指标如表中所示。验收期间, 货物数量、规格型号等与表中所示技术参数要求不符, 或存在质量问题的, 供货方应在接到采购方异议之日起 3 日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点, 并承担因此而发生的相关费用。 保修及售后服务: 产品质保期为 12 个月, 时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的, 供货方应自接到采购方异议之日起 3 日内以更换等方式解决, 因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。 备注: 一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因, 否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单 (一次性最优惠报价) 密封邮寄, 评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份, 代理产品需提供相关产品授权书 2 份, 技术指标供及商务要求响应表 (见附件)。 五、国内设备采购请开增值税专用发票。			

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.8.21