

科学技术大学 国家同步辐射实验室 询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		技术咨询：胡老师 15656542808	
报价单原件送达截止时间：2024.5.31		商务咨询：陈老师 0551-63602054	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	名称	技术要求	数量
1	控制器老化柜	1、2 个 1.8 米高，600mm 宽，800mm 深的标准机柜； 2、1#机柜包含：（1）8 个 4U 高度机箱，每个机箱同时测试 6 套控制器，每 6 套控制器由一个 DC24V 电源供电，每个机箱顶部都带有散热风道； （2）满足 72 口及以上的网络交换机； （3）信号转接板，可模拟负载闭环测试，满足 48 套控制器同时老化； 3、2#机柜包含：（1）研华工控机 IPC-610L 及三星 27 寸显示器； （2）1 台高精度电源：±20A/20V，长期稳定度±10ppm，我方提供电压型 DCCT（PM 欧式机箱 300A/10V）； （3）负载电阻：20A/400W； 4、辅料：包括配套网线、电力线、信号线、散热风扇等；	1 套
	控制器生产测试平台	1、2 个机箱：每个机箱对 1 套控制器进行测试，包含一个信号转接板、一个高精度可编程模拟信号源（长期稳定度 2ppm）、一个 DC24V 电源； 2、一台 thinkpadT14p(i9-13900H 32G 1TB)电脑用于上位机。	1 套
交货期：3 个月			
交付进度：一次性交付			
付款方式：甲方预付合同总金额的 50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的 50%			
验收指标及验收要求：			
	验收指标	验收要求	
控制器老化柜	能够支持 48 套控制器同时长期老化测试，支持与上位机监控界面通信	符合技术规格	
控制器生产测试平台	支持对控制器的闭环功能和 IO 接口进行逐项测试，支持对 ADC 性能进行测试。	符合技术规格	
保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。			

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
二、报价单上需列明交货期和质保期。
三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。
四、提供报价单盖章原件 **2** 份、公司营业执照复印件 **2** 份，代理产品需提供相关产品授权书，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。
五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.5.27