

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

商务咨询：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2022.05.20

丁老师 0551-63602055

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	设备名称	品牌及型号	技术参数	数量
1	微调放气阀	VAT 59024-GE01-0003	DN16CF,全金属微调阀,手动	1
2	全金属插板阀 DN40CF,气动,	VAT 48132-CE44-0002	DN40CF,全金属插板阀,气动,24VDC 电 磁阀,带位置指示	1
3	全金属插板阀 DN63CF, 手动	VAT 48236-CE01-0001	DN63CF,全金属插板阀,手动	5
4	手动全金属角 阀, DN40CF	VAT 54132-GE02-0001	DN40CF,全金属角阀,手动	11
5	DN160 超高真空气 动闸板阀	VAT 10844-CE44-0005	DN160CF,UHV 插板阀,气动,220VAC 电 磁阀,带位置指示	1
6	带窗闸板阀	VAT 10836-CE01-ACE1	DN63CF,UHV,带窗	3
7	VAT 阀门	VAT 10844-CE01-ACE1	DN160CF,UHV 插板阀,手动,带窗	1
8	插板阀	VAT 10840-CE01-0005	DN100CF,UHV 插板阀,手动	1
9	气动阀门	VAT 10846-CE44-0007	DN200CF,UHV 插板阀,气动,220VAC 电 磁阀,带位置指示	1

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 1 份，代理产品需提供相关产品授权书。

五、进口产品要求：1、进口设备必须要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。

2、提供外币报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室

2022.05.13