

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.1.20

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：移相器、功率衰减器

预算：130000 元

技术要求：

名称	单位	数量	技术、商务要求
移相器	个	12	工作频率 DC-2GHz，接口为 SMA，特性阻抗 50 Ω ，平均功率 100W，相位调节 360° /GHz，插入损耗小于 2.0dB，最大驻波比 1.50: 1.（4 个）； 工作频率 DC-1GHz，接口为 SMA，特性阻抗 50 Ω ，平均功率 100W，相位调节 900° /GHz，插入损耗小于 2.5dB，最大驻波比 1.50: 1.（4 个）； 工作频率 DC-2GHz，接口为 SMA，特性阻抗 50 Ω ，平均功率 50W，相位调节 20° /GHz，插入损耗小于 0.35dB，最大驻波比 1.25: 1.（4 个）
功率衰减器	个	10	工作频率 DC-4GHz，接口为 N 型，特性阻抗 50 Ω ，衰减值 30dB，衰减精度 ± 1.5 dB，输入最大平均功率 300W，峰值功率 10kW。

交货期：合同签订后 3 个月内将货物送达至甲方指定地点

付款方式：合同签订后预付合同总额的 20%，货到验收后凭发票报销时付尾款。

验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标

保修及售后服务：产品质保期为 12 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2026.1.14