

询价单	
询价单位：国家同步辐射实验室	联系人：王老师 0551-63602054
报价单原件送达截止时间：2026.3.9	wxy666@ustc.edu.cn
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368	
采购名称：光学防震平台	
预算： 300000 元	
规格和技术参数：	
a) 尺寸（长×宽×高）为定制尺寸 2000mm*1800mm*3 套（内部拼接）,1200mm*1400mm*2 套，900mm*900mm*1 套，600mm*600mm*2 套，3000mm*1000mm*1 套（尺寸可能会微调），高度 1050mm（高度可能会微调）；	
b) 台面采用三层夹心式蜂窝结构，上台面不小于 6mm 高导磁 不锈钢，表面做密迪纹亚光处理（避免台面反光），下底面碳钢， 内部做防锈漆，表面黑色喷塑工艺，外层为黑色铝塑板，四周主色系防杂散光包角装饰工艺，防止反光等对光学试验影响，反射率<50；	
c) 实验平台需采用垂直的超刚性蜂窝芯填充，实验平台表面带有 L 型激光标识定位，实验平台外部采用无甲醛污染的复合装饰板四角采用不锈钢装饰护角,导磁率≤1.1；	
d) 平面粗糙度不大于 0.8um；	
e) 平面度不大于 0.1 mm/600X600 mm；	
f) 固有频率小于 x 方向：7-16Hz y 方向：7-16Hz； 实验平台垂直隔振效率：5Hz 垂直：≥90%；10 Hz 垂直： ≥94%，	
g) 振幅 5 微米；	
h) 水平精度 0.1 mm/600X600 mm；	
i) 固定螺孔 M6，阵距 25mm×25mm 排列，边缘距离 12.7mm；	
j) 载重大于 800Kg/m 2； 实验平台工作气压：0.4MPa±0.1MPa；	
k) 隔振方式：阻尼隔振，阻尼材质需满足电气绝缘强度≥210volt/mil(12.5kV),电阻率 8.0x107/Ω毫米,绝缘系数≥9.34,功率因子≥0.201,消耗指数为≥1.881,密度≤74lbs/ft3；	
l)调节机构需做硬化和耐磨处理，处理后布氏硬度不低于 500。	
交货期： 合同签订后 5 周内	
交付进度： 由厂商根据交期及时交付，根据交付时间反馈交付进度	
交付进度： 一次性交付	
付款方式： 合同签订后预付合同总金额的 50%，验收合格并到货付 50%尾款	
验收指标及验收要求：	
尺寸要求：为定制尺寸 2000mm*1800mm*3 套（内部拼接）,1200mm*1400mm*2 套，900mm*900mm*1 套，600mm*600mm*2 套，3000mm*1000mm*1 套（尺寸可能会微调），高	

度 1050mm（高度可能会微调）

固有频率小于 x 方向：7-16Hz y 方向：7-16Hz

平面度不大于 0.1 mm/600X600 mm

平面粗糙度不大于 0.8um

固定螺孔 M6，阵距 25mm×25mm

（厂家提供验收资料）

阶段性检查要求：安装调试，保证设备运行平稳状态下交付

保修及售后服务：24 个月，售后响应时间 12 小时内

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格。**如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、**报价单上需列明交货期和质保期。**

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、**提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份**，技术指标及商务要求响应表份（见附件），代理产品需提供相关产品授权书 2 份。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

