

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.11.7

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：激光振荡器

预算：495000 元

技术要求：

中心波长：800±5nm；重复频率：83.28MHz；平均功率：≥300mW；功率稳定性：≤0.25%rms（8h）；光谱形状：类高斯；偏振态：水平线偏振，>100：1；发散角：<1.5mrad；光束直径（1/e²）：1±0.3 mm；具备锁相功能。

数量：一套

交货期：签订合同后 5 个月内

交付进度：签订合同后 1 周内完成产品设计方案，3 个月内完成器件采购工作，4 个月内基本完成生产，5 个月内完成交付、调试、安装

付款方式：签订合同后预付合同金额的 80%，交付安装验收后支付合同尾款。

验收指标及验收要求：

1. 合同货物交付后应进行开箱检验，即合同货物数量及外观检验。如果开箱检验不在合同货物交付时进行，甲方应在开箱检验前 3 日前将开箱检验的时间和地点通知乙方。
2. 开箱检验应由双方共同进行，乙方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。
3. 如果乙方代表未能依约或按甲方通知到场参加开箱检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为乙方已接受。
4. 开箱检验中发现的合同货物的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方应补齐、更换及采取其他补救措施。
5. 开箱检验的检验结果不能对抗在合同货物的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同货物质量问题，也不能免除或影响乙方按照合同约定对甲方负有的包括合同货物质量在内的任何义务或责任。

验收指标：

中心波长：800±5nm

重复频率：83.28MHz

平均功率：≥300mW

功率稳定性：≤0.25%rms（8h）

光谱形状：类高斯

偏振态：水平线偏振，>100：1

发散角：<1.5mrad

光束直径（1/e²）：1±0.3 mm

具备锁相功能

保修及售后服务：

1. 提供 1 年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前 1 个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除；

2. 质保期内，卖方接到买方故障信息后在 6 小时内予以响应，并在 24 小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。
3. 质保期外，卖方接到买方故障信息后在 12 小时内予以响应，并在 72 小时内到达买方现场，排除故障，更换损坏零件和服务。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，充足的备件供应。
4. 软件升级：卖方应终身免费向用户提供仪器软件的更新。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 **2 份**、公司营业执照复印件 **2 份**，代理产品需提供相关产品授权书 **2 份**（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025.11.3